



VEEL GESTELDE VRAGEN

Wordt het oorspronkelijke WAVEONE[®]-systeem stopgezet?

Ja. U heeft misschien nog restvoorraden die u eerst kunt opgebruiken, maar als die voorraden op zijn worden ze vervangen door WAVEONE[®] GOLD-vijlen. Papierstiften en guttaperchastiften worden nog enige tijd geleverd om u en uw praktijk te helpen bij het opgebruiken van WAVEONE[®]-vijlen.

De vijl is gebogen/gebogen geleverd / verbogen sinds hij uit de verpakking is gekomen:

Uit de DFU: 'WAVEONE[®]GOLD werkt met een uniek draadproces dat de weerstand tegen cyclische vermoeidheid verlaagt ten opzichte van het gebruikelijke NiTi. Door dit proces kunnen WAVEONE[®]-vijlen er enigszins gebogen uitzien. Dit is geen productiedefect. Het is niet nodig om de vijl recht te zetten voor u hem gaat gebruiken. Eenmaal in het kanaal zal de WAVEONE[®]-vijl het glijpad volgen, conform de natuurlijke krommingen van het wortelkanaal bij de patiënt.' Het voordeel hiervan is dat een lichtgebogen vijl eenvoudiger in de kanalen van de achterste kiezen kan worden geplaatst, die moeilijker toegankelijk zijn.

Is het mogelijk om WAVEONE[®]-obturatieproducten (guttaperchastiften/papierstiften/THERMAFIL[®]) for WAVEONE[®]) te gebruiken nadat ik een kanaal heb vormgegeven met WAVEONE[®] GOLD?

Nee. WAVEONE[®] guttaperchastiften, papierstiften en THERMAFIL[®] zijn niet geschikt voor het nieuwe WAVEONE[®] GOLD-systeem omdat de vijl een kleinere taper heeft. Dit maakt hem zo min mogelijk invasief. Zie de prijslijst voor de aan WAVEONE[®] GOLD gerelateerde producten en de bestelcodes.

Is het mogelijk om GUTTACORE[®] te gebruiken nadat ik een kanaal heb behandeld met WAVEONE[®] GOLD?

Ja. Zoals hieronder staat aangegeven.

WOG Small	GuttaCore 0.20	Art.nr. A 1703 B00 420 00
WOG Primary	GuttaCore 0.25	Art.nr. A 1703 B00 425 00
WOG Medium	GuttaCore 0.30	Art.nr. A 1703 B00 430 00
WOG Large	GuttaCore 0.40	Art.nr. A 1703 B00 440 00

Waarom hebben jullie de diameters en tapers veranderd ten opzichte van WAVEONE[®]?

Het Design Team, onze vier opinieleiders en de Research & Development-afdeling van Dentsply Sirona hebben samengewerkt aan een optimaal design met de nieuwe GOLD-legeringseigenschappen. Dit heeft ertoe geleid dat de tapers de diameters moesten worden aangepast. Er is nog altijd genoeg taper op de punt aanwezig om efficiënt te irrigeren, terwijl het invasieve aspect van de behandeling zo klein mogelijk blijft.

Ik heb net de X-SMART[®]Plus gekocht en wil niet weer een motor kopen. Kan ik WAVEONE[®] GOLD ook gebruiken met mijn huidige motor?

Ja, u kunt WAVEONE[®] GOLD gebruiken met uw huidige WAVEONE[®]-motorinstellingen, dus hij is compatibel met alle bestaande motoren die ondersteuning bieden voor de reciprocerende WAVEONE[®]-beweging.

Waar is mijn zwarte WAVEONE[®]-vijl in maat 0,40 gebleven?

De zwarte WAVEONE[®]-vijl is vervangen door twee vijlen om kanalen met meerdere formaten te kunnen behandelen en om wortelkanaalbehandelingen uit te voeren die zo min mogelijk invasief zijn. U kunt kiezen voor:

- Medium (groene WAVEONE[®] GOLD-vijlen, maat 0,35)
- Large (witte WAVEONE[®] GOLD-vijlen, maat 0,45)

En voor de bijbehorende guttaperchastiften en papierstiften. Wat is de procedure bij de WAVEONE[®] GOLD?

Zie de bijgevoegde prijslijst.

Hoe bestel ik WAVEONE[®] GOLD?

Zie de bijgevoegde prijslijst.

Welk vijlsysteem is beter: PROTAPER[®] NEXT of WAVEONE[®] GOLD?

De ene vijl is niet beter dan de andere, maar bepaalde systemen zijn beter geschikt voor bepaalde tandartsen.

PROTAPER NEXT[™]

Is bedoeld voor gebruikers die werken met roterende vijlen en die het aantal vijlen willen verminderen, die willen profiteren van de meest geavanceerde continu roterende oplossing die werkt met een kronkelende beweging en die een techniek willen gebruiken die zo min mogelijk invasief is.

WAVEONE[®] GOLD

Is bedoeld voor tandartsen voor wie mechanische endodontologie nieuw is en voor gebruikers die werken met roterende vijlen en op zoek zijn naar eenvoud.